



**DYREKTOR**

**OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR Nr 1 w Warszawie**

ul. Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa  
tel. 0-22 620-11-87, fax. 0-22 624-23-06, e-mail: [oum.warszawa@gum.gov.pl](mailto:oum.warszawa@gum.gov.pl)

## ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ

**PRZEDMIOT  
LEGALIZACJI**

**Densymetr do cieczy innej niż alkohol z wbudowanym termometrem**

Nr fabryczny: 4106648 rok produkcji: —

Zakres pomiarowy:

- podziałki areometrycznej: ( 0,680 ÷ 0,770 ) g/ml, działka elementarna: 0,001 g/ml
- podziałki termometrycznej: ( - 20 ÷ + 60 ) °C, działka elementarna: 1 °C

Masa: 37,67 g

Produkcji firmy: ARNO AMARELL

**WNIOSKODAWCA**

INKOM INSTRUMENTS Co., Spółka Jawna  
ul. Dzielna 21, 01-029 Warszawa.

**WYMAGANIA**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ( Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1007 ).

**ZAKRES  
SPRAWDZEŃ**

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać areometry szklane, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych ( Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1007 ).

**STWIERDZENIE  
ZGODNOŚCI**

W wyniku sprawdzenia stwierdzono, że densymetr do cieczy innej niż alkohol z wbudowanym termometrem spełnia w/w wymagania.

**MIEJSCE  
UMIESZCZENIA CECH**

Cechy legalizacji umieszczono:  
– na korpusie densymetru do cieczy innej niż alkohol z wbudowanym termometrem nie nałożono cech legalizacji.

**OKRES WAŻNOŚCI  
LEGALIZACJI**

Świadectwo jest ważne, jeżeli przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne.

**ZNAK WNIOSKU**

12/OUM1-W2/12-02/14

Data wystawienia: 20.01.2014 r.



z up.

**STARSZY INSPEKTOR**

*Urszula Grotek*